

02. ARRIVO DEL PAZIENTE NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

Prima del trattamento

Paziente

1 Rilievo della temperatura con termometro contactless



2 Depositare borse, giacche, cellulari




3 Lavare le mani per 60" o disinfettare le mani con soluzione idroalcolica



4 Ripetere il triage nello studio



5 Se il triage è negativo il paziente, sempre indossante la mascherina, può sedersi



6 Indossare le soprascarpe




Personale dello studio


1 Lavare le mani per 60" o disinfettare le mani con soluzione idroalcolica




2 Indossare i guanti (primo paio)




3 Mettere il camice




4 Mettere il copricapo




5 Mettere la mascherina FFP2/FFP3 senza valvola o la FFP2/FFP3 con valvola + mascherina chirurgica



6 Mettere occhiali e visiera



7 Indossare il secondo paio di guanti



● ● **Fortemente raccomandato**
 ● ● **Raccomandato**
 ● ● **Evidenza non conosciuta**

⚠ Questo documento non è una **linea guida**, ma piuttosto un documento con **suggerimenti** basati sulla limitata letteratura disponibile e sulle osservazioni cliniche.

Vi preghiamo di seguire le disposizioni di legge specifiche del vostro Paese emanate dal governo e dalle istituzioni pertinenti. I suggerimenti forniti in questo documento non devono in alcun modo interferire con le raccomandazioni fornite dalle autorità sanitarie locali e nazionali.

Le attuali prove di evidenza relative alla gestione delle cure dentali durante la pandemia SARS-CoV-2 sono basate solo sull'osservazione e non sono disponibili tipi di interventi specificamente progettati per costituire la base di raccomandazioni basate sull'evidenza.

Queste informazioni grafiche forniscono solo un'istantanea con informazioni preliminari che possono cambiare e maturare nel tempo con l'aumentare delle conoscenze, delle evidenze da studi prospettici e da cambiamenti nella pandemia. Pertanto, commenti che possono essere indirizzati al Comitato Europeo dei Progetti dell'EFP, potranno essere presi in considerazione per futuri aggiornamenti.